



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Patrimonio e Tecnologie
GR 39 22

**Ai Direttori Generali
Ai Commissari Straordinari
delle ASL, dei Policlinici Universitari, degli IRCCS**

**Ai Referenti Tecnici Aziendali
Emergenza COVID 19**

OGGETTO: Informativa criticità ventilatori polmonari

Con riferimento a quanto in oggetto, si allegano alla presente le comunicazioni pervenute dal Ministero della Salute (prot. n. 28523 del 14 maggio 2020 e prot. n.28521 del 14 maggio 2020), in relazione alla sospensione all'uso dei seguenti ventilatori:

- **AVENTA-M** prodotti dalla ditta russa Apz di proprietà della Radio-Electronic Technologies Concern (KRET): da quanto appreso dalla stampa il suddetto dispositivo, a seguito di surriscaldamento, si sarebbe incendiato. Tali sistemi sembra siano stati donati e distribuiti in Italia;
- **Bellavista BV1000** aventi i seguenti serial number: MB202150, MB202144, MB202200, MB202147, MB202521, MB202526, MB202536, MB202528, MB202525, rispetto i quali il Fabbricante Vyare Medical ha spontaneamente informato il Ministero della Salute circa l'assenza della marcatura CE.

Stante quanto sopra si chiede di verificare la presenza di tali ventilatori nelle vostre strutture ed, in tal caso, comunicare alla Scrivente Direzione (mezzo pec all'indirizzo ediliziasanitaria@regione.lazio.legalmail.it) il numero, il seriale e la loro ubicazione.

Nel caso si rilevasse la presenza di tali ventilatori, si chiede di sospenderne immediatamente l'uso

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si inoltrano distinti saluti.

IL DIRETTORE
Renato Botti

IL DIRIGENTE D'AREA
Lucrezia Le Rose



Firmato digitalmente
da LUCREZIA LE ROSE
C: IT
O: Regione
Lazio/80143490581